



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Αρ. Φακ.: 21.1.07.2.1
Αρ. Τηλ. : 22800965
Αρ. Φαξ : 22809584
cantoniades@moec.gov.cy

27 Μαΐου 2020

Πρόεδρους Σχολικών Εφορειών
Διευθυντές/τριες σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

Θέμα: Συντήρηση Αυτοματοποιημένων Εξωτερικών Απινιδωτών (ΑΕΑ)

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι στους προϋπολογισμούς σας θα πρέπει να περιλαμβάνεται πρόνοια ύψους μέχρι €300 περίπου κάθε τριετία για κάθε σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης για την γενική συντήρηση των Αυτοματοποιημένων Εξωτερικών Απινιδωτών.

2. Να σημειωθεί ότι η συντήρηση ηλεκτροδίων / μπαταρίας των ΑΕΑ γίνεται μια φορά κάθε 3 ή 4 χρόνια αναλόγως του κατασκευαστή.
3. Για την γενική συντήρηση ή άλλα προβλήματα που πιθανόν να προκύψουν σχετικά με τον ΑΕΑ μπορείτε να επικοινωνείτε με τους αντιπροσώπους


- **ZOLL AED – Biotronics**

Διευθ: Μεγάλου Αλεξάνδρου, Λατσία, 2233, Λευκωσία
Email: info@biotronics.com.cy
Τηλ: +357 22467890
Fax: +357 22764614

- **LIFEPAK CR Plus AED - Papaetis Medical Co., Ltd.**

75, Λεοφ. Αθαλάσσης, Λευκωσία, 2012, CHAPO TOWER
PO Box 28588, 2080 Λευκωσία, Κύπρος
Email: services@cytanet.com.cy
Τηλ: +357 22204600
Fax: +357 22499318

4. Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή επιπρόσθετες πληροφορίες.



Χρήστος Αντωνιάδης
Συντονιστής Γραφείου Ασφάλειας

Κοιν: Επαρχ. Επιθεωρητές Μέσης Εκπαίδευσης





**ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ**

**ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ**

Αρ. Φακ.: 21.1.07.2.1

Αρ. Τηλ. : 22800965, 99611162

Αρ. Φαξ : 22809584

E-mail: cantoniades@moec.gov.cy

16 Ιανουαρίου 2014

Διευθυντές /ντριες

Μέση Γενική Εκπαίδευση

**Θέμα: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ (ΑΕΑ)
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΟΥ (του Διευθυντή για τα
Δημόσια Σχολεία)**

Έχω οδηγίες να αναφερθώ και σας ενημερώσω για τις διαδικασίες που προβλέπονται, όπως και άλλα συναφή θέματα που ρυθμίζονται από τη Νομοθεσία περί Εγκατάστασης και Χρήσης Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών (Νόμο του 2008, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 19/12/2008), για την εγκατάσταση και χρήση των Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών.

Α. Υποχρεώσεις μετά από εγκατάσταση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (ΑΕΑ):

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της ισχύουσας Νομοθεσίας περί Εγκατάστασης και Χρήσης Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών Νόμο του 2008, ο κάθε Υπεύθυνος Λειτουργίας Χώρου σε Δημόσια Υπηρεσία, Οργανισμό ή Ιδιωτική Επιχείρηση που εγκαθιστά ΑΕΑ, θα πρέπει εκτός των άλλων:

1. Να δηλώνει τα στοιχεία της συσκευής και τον ακριβή χώρο τοποθέτησης στο Λειτουργό Αναζωογόνησης του Υπουργείου Υγείας.
(σχετικό Έντυπο Καταγραφής Τοποθέτησης ΑΕΑ)
2. Να αναφέρει οποιαδήποτε περιστατικά χρήσης ΑΕΑ.
(σχετικό Έντυπο Καταγραφής Περιστατικού Χρήσης ΑΕΑ)
3. Να μεριμνά για την εκπαίδευση του προσωπικού στη Βασική Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και χρήση ΑΕΑ.

Β. Εκπαίδευση προσωπικού στη χρήση ΑΕΑ:

Για κάθε ΑΕΑ, θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα εκπαιδευμένο άτομο, που κατέχει εν ισχύει πιστοποιητικό εκπαίδευσης στην ΚΑΡΠΑ και χρήση ΑΕΑ, κατά τη διάρκεια των καθορισμένων ωρών λειτουργίας της Υπηρεσίας / Οργανισμού / Ιδιωτικής επιχείρησης.
(Σας πληροφορούμε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη ενέργειες του Γραφείου μας που αφορούν την παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης στην ΚΑΡΠΑ και χρήση ΑΕΑ σε αριθμό ατόμων από κάθε σχολείο).

Γ. Οδηγίες για ορθή εγκατάσταση ΑΕΑ:

Για την ορθή εγκατάσταση των Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών σε διάφορους χώρους,



θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα πιο κάτω:

1. Η Απόσταση από τον ΑΕΑ μέχρι την πιο απομακρυσμένη πιθανή ανακοπή στο κτηριακό χώρο, να είναι μικρότερη των 2-3 λεπτών (γοργό βηματισμό).
2. Στο πιο πολυσύχναστο μέρος του κτηριακού χώρου (π.χ. είσοδος, καφετερία, αίθουσες συνεδριάσεων).
3. Σε μέρος του κτηριακού χώρου με αυξημένο κίνδυνο παρουσίας καρδιακής ανακοπής, όπως χώρους άθλησης, κολυμβητικές δεξαμενές κλπ.
4. Σε χώρους όπου έχει παρουσιαστεί περιστατικό ανακοπής τα τελευταία 5 χρόνια.
5. Ο ΑΕΑ πρέπει να είναι σε εμφανές σημείο και να έχει εύκολη πρόσβαση από όλους (συνιστάται κοντά σε τηλέφωνα για άμεση κλήση βοήθειας).
6. Αποφυγή έκθεσης του ΑΕΑ στις καιρικές συνθήκες (θερμοκρασία- νερό- σκόνη).
7. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει έκθεση σε δυνατό θόρυβο, συνίσταται ο ΑΕΑ να έχει και γραπτές οδηγίες (πχ. Εργοστάσια ή Βιοτεχνίες).
8. Ο ΑΕΑ και όλα τα συνοδευτικά αναλώσιμα, συνίσταται να τοποθετούνται σε επιτοίχιο κιβώτιο, ούτως ώστε να υπάρχει καλύτερη ορατότητα, ευκολότερη πρόσβαση και προστασία από οποιοδήποτε είδος φθοράς.
Εάν υπάρχει πιθανότητα κλοπής του ΑΕΑ τότε θα πρέπει να τοποθετείται σε ειδικό επιτοίχιο κιβώτιο με σύστημα συναγερμού.
9. Να υπάρχει ευδιάκριτη Κατάλληλη Σήμανση και όπου προβλέπεται, Σήμανση κατεύθυνσης (βελάκια) υπόδειξης ΑΕΑ.

Δ. Έλεγχος ΑΕΑ και απαραίτητων αναλώσιμων:

Για ορθότερο έλεγχο του ΑΕΑ και αναλωσίμων υπάρχει διαθέσιμο το σχετικό Έντυπο ελέγχου λειτουργικής κατάστασης ΑΕΑ και απαραίτητων αναλωσίμων.

Απαραίτητα αναλώσιμα:

1. Δυο ζεύγη αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων ΑΕΑ, κατάλληλα προς χρήση. (Υπόψη παιδιατρικών ηλεκτροδίων σε χώρους όπου υπάρχει αυξημένος αριθμός παιδιών). Έλεγχος Ημερομηνίας λήξης.
2. Βοηθητικά Αναλώσιμα: Πετσέτα, Ξυράφι, Ψαλίδι, 3-5 ζεύγη Γάντια, Προστατευτική μάσκα προσώπου για εμψυχήσεις διάσωσης.
3. Μπαταρία. Έλεγχος Ημερομηνίας λήξης.
4. Καθημερινός έλεγχος Λυχνίας Αυτοελέγχου του ΑΕΑ.
5. Διατήρηση καθαριότητας και σωστής φύλαξης του ΑΕΑ.
6. Έλεγχος για εμφανή εξωτερική καταστροφή της συσκευής.

Επισυνάπτονται:

- Πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας
- Έντυπο Καταγραφής Τοποθέτησης ΑΕΑ
- Έντυπο Καταγραφής Περιστατικού Χρήσης ΑΕΑ
- Έντυπο ελέγχου λειτουργικής κατάστασης ΑΕΑ και απαραίτητων αναλωσίμων

Είμαι στην διάθεση σας για οδηγίες και τυχόν διευκρινίσεις.



(Χρήστος Αντωνιάδης)
Λειτουργός Ασφαλείας και Υγείας

